

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มีใยฯ ประเภทวัสดุการแพทย์
ผ้าก๊อชซับโลหิต ชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 2 รายการ
สำหรับ โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1. ความต้องการ

- 1.1 ผ้าก๊อชซับโลหิต ชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ความหนา 12 ชั้น (5 ชั้น/ห่อ)
- 1.2 ผ้าก๊อชซับโลหิต ชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้ว ความหนา 12 ชั้น (5 ชั้น/ห่อ)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับซับโลหิตในการผ่าตัด


3. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

4. คุณลักษณะทั่วไป

- 4.1 ต้องทำจากผ้าก๊อชโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเย็บริมผ้าทั้ง 4 ด้าน แต่ละชั้นเป็นผ้าผืนเดียวกัน มีหูห่วงสี่ฟ้า และมีเส้นด้ายสีน้ำเงินที่สามารถมองเห็นได้ด้วยการ X-ray
- 4.2 ด้านนอกทั้งสองด้านต้องห่อหุ้มด้วยผ้าก๊อชเนื้อละเอียด ซึ่งทำจากผ้าฝ้าย 100% ไม่มีเส้นใยตกค้างขณะใช้งาน ผืนผ้าต้องมีสีขาวสะอาดตลอดทั้งผืน ดูดซับน้ำและเลือดได้ดี

5. คุณลักษณะเฉพาะ

- 5.1 ต้องเป็นผ้าฝ้าย เส้นใยไม่น้อยกว่า 40s x 40s ลักษณะเป็นตาข่ายสานขัดกัน โดยมีความถี่เส้นด้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 24 ต่อตารางนิ้ว
- 5.2 น้ำหนักสุทธิของผ้าก๊อชซับโลหิตต่อชิ้นต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามขนาดและจำนวนชั้น ดังนี้
 - 5.2.1 ผ้าก๊อชซับโลหิต ชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ความหนา 12 ชั้น ไม่น้อยกว่า 28 กรัมต่อชิ้น
 - 5.2.2 ผ้าก๊อชซับโลหิต ชนิดปลอดเชื้อ ขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้ว ความหนา 12 ชั้น ไม่น้อยกว่า 43 กรัมต่อชิ้น
- 5.3 หูห่วงสี่ฟ้า ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ต้องเย็บติดกับมุมผ้า
- 5.4 เป็นชนิดที่มีเส้นด้าน X-ray Line ลายเส้นสีน้ำเงิน สามารถมองเห็นได้ด้วยการเอ็กซเรย์ โดยเย็บทอติดกับผืนผ้า เห็นได้ชัดเจนและไม่หลุดง่าย

จำนวน 2 แผ่น		แผ่นที่ 1
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ		วันที่ ๗ ตุลาคม 2569
1. นางสาวสาวิตรี ศรีวิชัย	ลงชื่อ.....	
2. นางนงลักษณ์ วงศ์ลังกา	ลงชื่อ.....	
3. นางกมลวรรณ การุณกิตติสาร	ลงชื่อ.....	

5.5 จำนวนชั้นต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน ริมผ้าต้องไม่มีเส้นด้ายหลุด

5.6 ผ่านการซักทำความสะอาด และต้องผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีอบแก๊ส Ethylene Oxide หรือ อบโดยรังสีแกมมา หรือ Steam โดยมี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ว่าสินค้าได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทุกท่อ

5.7 มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุวันที่ผลิต ,Lot การผลิต และวันหมดอายุ และมีอายุการใช้งานไปน้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

5.8 บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด รั่ว หรือชำรุดก่อนถึงมือผู้รับ บรรจุ ผ้าซับโลหิตจำนวน 5 ชั้นต่อท่อ โดยซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิท ผลิตจากวัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) เป็นฟิล์มพลาสติกและกระดาษหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในซองได้อย่างเหมาะสม

5.9 มีเอกสารอ้างอิงคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ กรรมวิธีการทำให้ปลอดเชื้อและผลทดสอบความปลอดเชื้อ

5.10 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตาม ISO13485, ISO9001, ISO14001

5.11 มีเอกสารแสดงรายละเอียดการทำ Sterilization และผลการทดสอบสารตกค้าง

จำนวน 2 แผ่น	แผ่นที่ 2
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	วันที่ ๗ ตุลาคม 2569
1. นางสาวสาวิตรี ศรีวิชัย	ลงชื่อ..... 
2. นางนงลักษณ์ วงศ์ลังกา	ลงชื่อ..... 
3. นางกมลวรรณ การุณกิตติสาร	ลงชื่อ..... 