

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิด 4 ขา

สำหรับ โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1. ความต้องการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิด 4 ขา
2. วัตถุประสงค์ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม
3. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1 ต้องเป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิด single piece ที่สำหรับใส่ในถุงหุ้มเลนส์ เพื่อปรับค่าสายตาของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่หลังการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก
 - 4.2 ผลิตจากวัสดุชนิด Hydrophilic Acrylic copolymer ที่มีความสามารถกรองแสง Ultraviolet ได้
 - 4.3 ค่า A - Constant ต้องอยู่ระหว่าง 118.0 - 118.5
 - 4.4 ตัวเลนส์ (Optic) ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 6.0 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นแบบเลนส์เว้า (Biconvex) และเป็น Aspheric ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ (optic)
 - 4.5 ขอบด้านหลังของ optic ต้องเป็นแบบ 360 องศา Posterior square - edge เพื่อลดการเกิด Posterior Capsule Opacification (PCO)
 - 4.6 ลักษณะขาของเลนส์ (Haptic) ต้องเป็นแบบ 4 ขา และแต่ละขามีรูในลักษณะวงรี เพื่อความเสถียรของเลนส์แก้วตาเทียมในตา
 - 4.7 ต้องมีค่าสายตาตั้งแต่ +0 ถึง +30 Diopters (D)
 - 4.8 ต้องสามารถใช้กับตัวฉีดเลนส์(Disposable injector) ที่มีขนาดปลาย 2.2 มิลลิเมตร หรือ ขนาด 2.4 มิลลิเมตร ได้

จำนวน 2 แผ่น		แผ่นที่ 1	
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ		วันที่ ๗ ตุลาคม 2569	
1. นายหทัย ปัญญาติลก	ลงชื่อ.....		
2. นางกฤษณา ปัญญาวงศ์	ลงชื่อ.....		
3. นางวารุณี พรหมเพชร	ลงชื่อ.....		

5. เงื่อนไขเฉพาะ


5.1 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีใบรับแจ้งรายละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันยื่นเสนอราคา

5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันยื่นเสนอราคา

5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกส่งมอบสินค้าแล้ว ต้องยินยอมให้โรงพยาบาลแลกเปลี่ยน Power เลนส์, เลนส์ที่ชำรุดและเลนส์ที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน (เหลืออายุการใช้งาน 6 เดือน-1 ปี) ได้ตลอดอายุสัญญา

5.4 สินค้าต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ

5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ยื่นเสนอราคา โดยใส่เลขข้อรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในแคตตาล็อก ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนถูกต้องทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวน 2 แผ่น		แผ่นที่ 2
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ		วันที่ ๗ ตุลาคม 2569
1. นายหทัย ปัญญาดิลก	ลงชื่อ.....	
2. นางกฤษณา ปัญญาวงศ์	ลงชื่อ.....	
3. นางวารุณี พรหมเพชร	ลงชื่อ.....	

1