

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันตาชนิดสัมผัสกระจกตาชนิดมือถือระบบดิจิทัล
สำหรับโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันลูกตาเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคต้อหิน ชนิดสัมผัสตาแบบมือถือ

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ สามารถวัดความดันได้ ๗ มม.ปรอท จนถึง ๕๐ มม.ปรอท

๒.๒ เครื่องจะทำการวัดจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีสัญญาณแสงสีฟ้า เป็นวงกลม เมื่อวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

๒.๓ ตัวเครื่องทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่แบบ Alkaline (AA, ๑.๕V จำนวน ๔ ก้อน) สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อพลังงานหมด

๒.๔ มีไฟลักษณะวงกลมสีเขียวด้านหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยมองเห็นเพื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

๒.๕ ค่าที่ใช้จากการวัด แสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิทัล และสามารถเก็บบันทึกไว้ภายในเครื่องได้

๒.๖ ตัวเครื่องสามารถวัดคนไข้ในลักษณะนั่งตรง ๙๐ องศา ระยะห่างจากปลาย Probe ถึงกระจกตาคนไข้ ๔ - ๘ มิลลิเมตร ตัวเครื่องจะมีไฟเตือนเมื่อ Probe ใกล้หรือไกลจนเกินไป

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ Icare IC๑๐๐ Probe (๑๐๐ EA/Box)

จำนวน ๑ กล่อง

๓.๒ กล่องบรรจุ

จำนวน ๑ กล่อง

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือผ่านการสาธิตมาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๓.๒ ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับสินค้า

๓.๓ ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องมีการชำรุดหรือใช้งานได้ไม่ดี ต้องสามารถติดต่อได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง และดำเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากซ่อมแซมแก้ไข ถึง ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องนำอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยน ภายใน ๖๐ วัน โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ต้องมีคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ยื่นเสนอราคา โดยใส่เลขข้อรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในแคตตาล็อก ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนถูกต้องทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวน ๑ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการจ้าง	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
๑. นายหทัย ปัญญาติลภ	ลงชื่อ.....
๒. นางสาวจิราภรณ์ พรหมอินทร์	ลงชื่อ.....
๓. นายสวัสดิ์ บุญเรือง	ลงชื่อ.....